Prodont Scientific

io seguridad

DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL O MATERIAL CON

BACTIXIDE

Solución pH acido

01

Use **BACTIXIDE** desinfectante de alto nivel, solución acida que **NO requiere activador.**

02

Vierta la cantidad deseada de **BACTIXIDE** en un recipiente de plástico con tapa.

03

Introduzca el material en **BACTIXIDE**, este debe estar previamente limpio con detergente enzimático **Q-SOAP ENZIMATICO.** Asegúrese de que el material quede completamente cubierto por la solución.

04

Tape el recipiente y déjelo en inmersión por un tiempo de acción de **5 minutos.**



05

Recuerde que es importante **registrar fecha y hora** en la que realiza la preparación del producto en el recipiente.



06

Enjuague con abundante agua y seque con paños absorbentes de microfibra o con aire comprimido.

07

Antes de reutilizar la solución desinfectante, verifique la concentración de glutaraldehído mediante tiras reactivas. Si indica menor o igual a **1.8%** descarte la solución; si observa un cambio en la turbidez del liquito o cambio de color, descarte de igual manera.

Recuerde siempre utilizar los EPP

(Elementos de protección personal)

Porque cuidar de ti y tus clientes EMPIEZA CON LA PREVENCIÓN.

Conozca la **línea completa de productos de bioseguridad Prodont Scientific** y eleve sus protocolos de atención.

Síguenos en:

Escanea y conoce más.

Industria 100% Colombiana

Cómpralo en **nuestra tienda virtual:**

www.prodont.com

#Prodont TeCuida